

Placa para osteotomía del primer metatarsiano

OVERFIX®




Indicación

Fractura distal del primer metatarsiano.

Descripción


- Después de realizar la osteotomía no hay necesidad de moldear la placa ya que el diseño es anatómico.
- Placa de diseño anatómico y bajo perfil (1.5 mm).
- Posee bordes redondeados y superficies pulidas reduciendo al mínimo la irritación de partes blandas.
- Orificio para la colocación de guía y fijación preliminar de la placa al hueso.
- El diseño anatómico de alta resistencia es beneficioso para el ejercicio funcional temprano.



Tornillos

2.7 mm y 3.0 mm.

Pueden ser bloqueados y no bloqueados, siendo funcionales ambos dependiendo de la calidad del hueso del paciente.



Placas

	COD	DESCRIPCIÓN	LADO	TAMAÑO	ORIFICIOS
	10800-006	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Izq	Pequeña	6
	10800-206	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Izq	Mediana	6
	10800-406	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Izq	Larga	6
	10800-106	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Der	Pequeña	6
	10800-306	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Der	Mediana	6
	10800-506	Placa Bloqueda para Osteotomía Distal del Primer Metatarsal	Der	Larga	6