

TRAUMA

Placas Miembro Inferior

Cofepris


OVERFIX®

Tibia

Placa Angosta para Tibia

Indicación: Fractura de diáfisis tibial.

Se coloca con tornillos bloqueados Ø 5,0 mm. y tornillos corticales Ø 4,5 mm.



OVERFIX®

Opción: Disponible en Acero yTitanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo	Espesor
10702-006	Placa Angosta para Tibia	6	109	
10702-007	Placa Angosta para Tibia	7	127	
10702-008	Placa Angosta para Tibia	8	145	
10702-009	Placa Angosta para Tibia	9	163	
10702-010	Placa Angosta para Tibia	10	181	
10702-012	Placa Angosta para Tibia	12	217	
10702-014	Placa Angosta para Tibia	14	253	